

膜面積

- ガイドラインに明確な記載はない
- 小児から成人まで、 $0.2\sim 2.6\text{m}^2$ の膜が数種類製造されている
- 透析導入時は不均衡症候群を避けるため小さい膜（当院では 1.5m^2 ）を用いる
- 膜面積を変更したときは血流量も見直す