

透析液流量 Q_d

- こちらも施設によるが通常 500 mL/分
- 血流量 Q_b との比は、 $Q_b : Q_d = 1 : 2$ が適しているとされる
- 血流量を固定して透析液流量を上げててもクリアランスは頭打ちになる
- 当院では血流量に合わせて以下のように調節している

血流量 Q_b	透析液流量 Q_d
< 250	500
251~350	600
350 <	700